



Les antiseptiques en néonatalogie

Contre-indications

- Les alcools
- Les dérivés iodés

Ne pas rincer.
Attendre le séchage complet
si le nouveau-né a moins de 28 SA,
retirer l'excédent de produit
avec une compresse sèche.

| NOM DU PRODUIT | PRINCIPES ACTIFS | EFFICACITÉ | CONTRE-INDICATIONS (CI) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI (PE) |
|-------------------|--|---|--|
| BISEPTINE® | Gluconate de chlorhexidine Chlorure de benzalkonium | Spectre limité | CI : Allergie à l'un des composants Application sur les muqueuses, dans les yeux, les oreilles, cerveau et méninges |
| DAKIN® | Chlore actif 0,5 % | Large spectre | PE : Hypersensibilité au chlore |
| AMUKINE® | Chlore actif 0,06 % | Large spectre mais efficacité moindre car concentration faible | PE : Hypersensibilité au chlore |

| | AMUKINE® ou DAKIN® | BISEPTINE® |
|--|---|--|
| NETTOYAGE OU DÉTERSION DE LA PEAU | Humidifier une compresse stérile avec l'eau stérile et du savon doux | Verser la Biseptine® sur une compresse stérile et appliquer délicatement |
| RINÇAGE | Rincer soigneusement avec de l'eau stérile | Pas de rinçage |
| SÉCHAGE | Tamponner avec des compresses stériles | |
| ANTISEPSIE | Verser l'antiseptique sur une compresse stérile et appliquer délicatement | |
| TEMPS D'ACTION | Selon les recommandations du fabricant : 30 secondes | |
| SÉCHAGE | Laisser sécher spontanément | |